



САМАРСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
SAMARA UNIVERSITY

Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования
«Самарский национальный исследовательский университет
имени академика С.П. Королева»

ул. Московское шоссе, д. 34, г. Самара, 443086
Тел.: +7 (846) 335-18-26, факс: +7 (846) 335-18-36
Сайт: www.ssau.ru, e-mail: ssau@ssau.ru
ОКПО 02068410, ОГРН 1026301168310,
ИНН 6316000632, КПП 631601001

20.11.2017 № 134-636-1

На № _____ от _____

Руководителю Роспотребнадзора по
Самарской области
Архиповой С.В.

443079, г. Самара, проезд Г. Митирева, 1

Уведомление

Уважаемая Светлана Валерьевна!

Направляем в Ваш адрес уведомление о проведенных мероприятиях по исполнению Предписания об устранении выявленных нарушений лицензионных требований и условий № 06-1/17 от 06.03.2017. Копии документов по проведенным мероприятиям прилагаются.

№	Требования, предписываемые к выполнению в целях устранения нарушения обязательных требований	Устранение нарушений, выявленных при проверке
1	По адресу г. Самара, ул. Московское шоссе 34: Ввод в эксплуатацию лазерных изделий 3-4 класса осуществлять в соответствии с требованиями. Все лазеры и лазерные изделия должны иметь маркировку в соответствии с требованиями.	На всех лазерных изделиях имеется маркировка. Ввод в эксплуатацию лазерных изделий осуществлен в соответствии с требованиями.
2	На все лазерные изделия 3-4 класса иметь эксплуатационную документацию (паспорт на лазерное изделие, инструкцию по эксплуатации и технике безопасности и др.) в соответствии с требованиями	На все лазерные изделия 3-4 класса имеется эксплуатационная документация (технические и санитарные паспорта на лазерное изделие, инструкция по эксплуатации и технике безопасности, утвержденный план размещения, протоколы

		измерений лазерного излучения) в соответствии с требованиями
3	На всех рабочих местах персонала, эксплуатирующего лазерные установки 3-4 класса опасности, иметь инструкции по технике безопасности для работающих на лазерном изделии, аптечку и инструкцию по оказанию первой помощи пострадавшему в соответствии с требованиями	На всех рабочих местах персонала, эксплуатирующего лазерные установки 3-4 класса опасности имеются инструкции по технике безопасности для работающих на лазерном изделии, аптечка и инструкция по оказанию первой помощи пострадавшему в соответствии с требованиями

Проректор по развитию кампуса



Антоневич А.Н.

Исп. Луконина Н.В.

Тел. 267-43-91

384-